

Certificate Of Calibration
Mehr Sanjesh Eisatis

Reference Calibration LAB

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مهر سنجش ایساتیس
گواهی کالیبراسیون



📍 Iman street , Homafar square , Shahid sadooghi BLVD , Yazd , Iran
☎️ Tell: +98 35 37 25 83 53
📠 Fax: +98 35 37 33 15 53
🌐 Web Site: www.mehrsanjeshco.com
✉️ E-mail: info@mehrsanjesh.ir
📧 Telegram: @Mehrsanjeshcalibration



Certificate Number: MSE-98-02-321
Date of issue: 1398/09/10

Date of calibration: 1398/09/09
Recommended Recal date: 1399/09/09

Calibration Results:

نتایج کالیبراسیون:

Weld Gap

Range/resolution	STD Value(mm) اندازه واقعی	Read value(mm) مقدار خوانده شده	Error (mm) خطا	Uncertainty(±mm) عدم قطعیت
0 to 15 mm 0.1 mm	0.0	0.00	0.00	± 0.06 mm
	1.0	1.04	+0.04	
	2.5	2.54	+0.04	
	5.0	5.04	+0.04	
	7.5	7.53	+0.03	
	10.0	10.03	+0.03	
	12.5	12.53	+0.03	
	15.0	15.03	+0.03	

Calibration Status:

Device is **Accepted** in calibration procedure.

MSE Cal. Lab Stamp



* پیشنهاد می گردد استفاده کننده در فواصل زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.
* هر گونه نسخه برداری از این گواهی باید به صورت کامل و از کلیه صفحات باشد.
* این گواهی بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار می باشد.